



המוסד לביטוח לאומי

משרד ראשי

אגף נפגעי פעולות איבה

רחוב הצבי - פינת ירמיהו

טלפון: 02-6463223

פקס: 02-5382417

המען למכתבים: שד' וייצמן 13

ירושלים 91909

14 ספטמבר 2014

**חוזר פנימי נפ"א מס' 130**

אל: מנהלי סניפים  
מנהלי סניפי משנה  
מנהלי תחום בסניפים  
ממונים /רכזים נפ"א  
פקידי תביעות נפ"א

**הנדון: תותבת ממוחשבת לנכים – נפגעי פעולות איבה**  
**חוזר רענון בהמשך לחוזר פנימי נפ"א מס' 103**

ברצוני לרענן את הנהלים לאישור תותבת ממוחשבת .

במקרים חריגים נכים קטועי גפיים עשויים להיות זכאים להתקנת ברך ממוחשבת .  
הברך הממוחשבת אינה מתאימה באופן אוטומטי לכל נכה .

על מנת לאשר רכישת ברך ממוחשבת , יש להעביר בקשות מסוג זה לאישור מנהלת  
האגף המתאמת את הנושא עם מכון לואיס , **אין להפיק למכון לואיס התחייבות**  
**ללא אישורי בגין תותבת זאת** .

נוהל אישור הברך הממוחשבת :


1. קבלת בקשה מהנפגע והעברתה למנהלת האגף .
2. העברה למכון לואיס לבדיקת התאמת ה- ברך הממוחשבת לנפגע .
3. בדיקת ההתאמה על ידי ועדה במכון לואיס, מילוי המפרט וההתאמה של הברך האלקטרונית לנפגע .
4. אם הוועדה מוצאת שיש התאמה של הנפגע לשימוש ברך ממוחשבת , הנפגע יוזמן להתקנת הברך הממוחשבת לתקופת ניסיון ולביצוע פיזיותרפיה . הסניף מפיק התחייבות לפיזיותרפיה .
5. בדיקה נוספת תיערך לאחר סיום הפיזיותרפיה,בדיקת ההתאמה וקבלת החלטה אם יש התאמה למתן ברך ממוחשבת באופן קבוע .

6. אישור ביצוע התקנת הברך הממוחשבת והתאמת בית גדם בהתאם והפקת התחייבות למכון לואיס באחריות וטיפול הסניף ע"י הסניף .

להזכירכם מדובר במכשיר שעלותו הכספית גבוה מאוד והאישור יינתן רק על פי התאמה וצורך שייבדק ע"י ועדת מומחים כאמור לעיל .

לפיכך אודה על יישום הכללים .

בברכה ,



העתק : ד"ר ישי אוסטפלד – היועץ הרפואי  
ד"ר צביה בר-און – רופאת המוסד  
ד"ר ילנה ציבלון – רופאת המוסד