



## מכרז מס' 2012(2029)

### דפיברילטורים – שאלות ותשובות הבהרה

1. **שאלה:** האם ניתן להציע מכשיר עם אישור CE+ משרד הבריאות הישראלי?  
**תשובה:** לא. המכרז מחייב אישור FDA.
2. **שאלה:** האם על מכרז זה חל חוק העדפה לאזור עדיפות לאומית?  
**תשובה:** החוק קובע.
3. **שאלה:** האם ניתן להציע מכשיר שהסוללה שלו הינה חד פעמית?  
**תשובה:** לא.
4. **שאלה:** האם יש להחתים את ערבות הביצוע עם הגשת המכרז או שמא רק עם הזכיה?  
**תשובה:** ערבות ביצוע תומצא רק לאחר הזכייה במכרז ע"י הזוכה במכרז.
5. **שאלה:** בהסכם, לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף המילים "על-פי דין"; לאחר המילה "כתוצאה" מבוקש להוסיף "ישירה"; לאחר המילה "בביצועה" להוסיף "במישרין"; להחליף את המילה "עצמו" במילים "החבות המוטל עליו על-פי דין, לרבות בגין וכלפי". כן מבוקש להחליף את המילים "פוליסה לטובת המוסד" במילים "אישור עריכת ביטוח בגין עריכת הביטוחים כאמור".  
**תשובה:** לא יבוצעו שינויים במכרז כפי שפורסם.
6. **שאלה:** בהסכם, לאחר המילה "בהודעה" מבוקש להוסיף המילה "בכתב". לאחר המילה "פיצוי" מבוקש להוסיף המילים "בקשר עם סיום ההסכם".  
**תשובה:** לא יבוצעו שינויים במכרז כפי שפורסם.
7. **שאלה:** מבוקש לקבוע, כי מימוש הערבות יבוצע רק במקרה של הפרה יסודית ולאחר מסירת הודעה מראש ובכתב, בת לפחות 14 ימים, במהלכם יוכל הספק לפעול לתיקון הפרה. בנוסף מבוקש, כי הסכום שימומש יסקף את הנזק שנגרם למוסד בפועל.  
**תשובה:** המוסד לביטוח לאומי רשאי לממש את כל הערבות.
8. **שאלה:** מבוקש להחריג את אחריות הספק במקרים של תפעול / אחזקה / שימוש / אחסנה וכדומה לקויים ו/או רשלניים ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק.  
**תשובה:** הבקשה לא מאושרת.

9. **שאלה:** מבוקש, כי השיפוי (ולא הפיצוי כמבוקש) ישולם למוסד בכפוף להוראת פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, מסירת הודעה מיידית ובכתב לספק בדבר כל נזק, ליקוי, פגיעה וכיו"ב והעברת ניהול ההגנה באופן בלעדי לידי הספק. **תשובה:** הבקשה לא מאושרת.
10. **שאלה:** מבוקש להוסיף, שהמוסד יוכל לסרב להמחאת זכויות וחובות הספק מטעמים סבירים בלבד. **תשובה:** הבקשה לא מאושרת.
11. **שאלה:** מבוקש כי במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז להצעת הספק – תגבר הצעת הספק (אשר ממילא אושרה על-ידי הספק וזכתה במכרז). **תשובה:** הבקשה לא מאושרת.
12. **שאלה:** מבוקש לקבל סטנדרט מקביל לעמידות ואבק (EN). **תשובה:** הבקשה לא מאושרת.
13. **שאלה:** מבוקש כי עוצמת השוק תהיה על פי המלצות איגוד הלב האמריקאי (AHA) בין 120-200 ג'אול. **תשובה:** הבקשה לא מאושרת.
14. **שאלה:** במשך כמה שנים נדרש לבצע רענון לאנשי הצוות? **תשובה:** שלוש שנים ובמידה וההסכם יוארך- לכל תקופת ההסכם.
15. **שאלה:** האם הכוונה שאחריות על אביזרים (סוללה ומדבקות) יהיו במשך 8 שנים סה"כ? **תשובה:** לכל תקופת ההסכם.
16. **שאלה:** האם יש יתרון למכשיר שבודק בנוסף להימצאות המדבקות גם את תקינותם ומוכנות לשימוש? **תשובה:** לא.
17. **שאלה:** האם יש יתרון למכשיר שמבצע בדיקה עצמית יומית? **תשובה:** לא.
18. **שאלה:** לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף המילים "על-פי דין". **תשובה:** הבקשה לא מאושרת.
19. **שאלה:** לאחר המילה "הנזקים" מבוקש להוסיף "הישירים", לאחר המילה "יגרמו" מבוקש להוסיף "במעשה או מחדל רשלניים". **תשובה:** הבקשה לא מאושרת.
20. **שאלה:** האם אפשר לוותר על פירוט הכנסות לשנים 2010-2011? **תשובה:** לא.