

מכרז מס' מ (2053) 2009 – רכישה, אספקה והתקנה של ציוד רפואי

שאלות ותשובות:

1. שאלה: האם על הספק לבצע התקנות (ע"ג הקיר או בכל מקום שנבחר) של המוצרים הרלוונטיים אוטוסקופ/מד לחץ דם וכו'? א"כ מי מספק את התשתית לזה כגון נקודת חשמל וכו'.

1. תשובה: על הספק להתקין את האביזרים לגביהם נדרשת התקנה אך ללא צורך בהתקנת תשתיות אחרות כגון חשמל, מים שיסופקו ע"י המוסד.

2. שאלה: לגבי סעיף 6+7 - האם ניתן לתת מחיר אחד כולל לשתי סעיפים הללו כלומר מכשיר משולב? או שאתם חייבים 2 מכשירים נפרדים. השאלה רלוונטית רק באם בכוונתכם לחלק לנקודות מסוימות רק מכשיר אחד מתוכם, מפני שאם בכל מקרה כל סניף יקבל את שתי המכשירים אזי שברור שיהיה יותר פרקטי מכשיר משולב.

2. תשובה: ניתן להציע את סעיפים 6 + 7 כמכשיר אחד אולם אז יש להוסיף אליו גם מדל"ד ולציין השינוי באופן מפורש בהצעה.

3. שאלה: סעיף 10 גוניומטר... - ישנם מספר דגמים בשוק. אבקש לפרט יותר מהו הדגם המבוקש?

3. תשובה: בסעיף 10 ניתן להציע גם מכשיר ממתכת ולציין בגוף ההצעה במפורש את סוג החומר המוצע.

4. שאלה: סעיף 15 תיק לציוד - דרוש מידע לאיזה תיק מדובר ואיזה ציוד עליו להכיל? כך נוכל לדעת גודל וכו'.

4. תשובה: סעיף 15 – תיק ערכת ציוד מחומר פלסטי המיועד לאחסון ספר החוק והציודים המפורטים בסעיפים 8, 9, 10, 12. (מידות רוחב 25 ס"מ, גובה 20 ס"מ, עומק 5 ס"מ).

5. שאלה: סעיף 18 - ערכת החיאה מופיע מספרי מלע"ע. אני מניח שזה טעות סופר וצריך להיות מלע"כ.

5. תשובה: סעיף 18 יירשם מלע"כ במקום מלע"ע.

6. תוספת: יש להוסיף סעיף חדש מס' 20 בכתב הכמויות: צינוריות/כיסויים חד פעמיים לבדיקות אזניים בכמות של 2,500 יח' לפי מחיר ליח' או אריזה ולציין הכמות באריזה.