

מ(2027)2018 רכישה אספקה והתקנת ציוד רפואי – שאלות ותשובות

מס'	שאלה	תשובה
1	סעיף 1: מה גובה המיטה?	גובה סטנדרטי של מיטת בדיקה רפואית
2	סעיפים 3 ו 4 ישנה סתירה בין הסעיפים היות ומדובר באותו מוצר.	סעיף 3 בכתב הכמויות מבוטל
3	סעיף 7: קבוע לקיר? אם כן זה כמו סעיף 8	סעיף 7 מבוטל
4	סעיף 8: לקבוע לקיר אין נרתיק.	סעיף 8 יהא ללא נרתיק, בסעיף 9 יתווסף נרתיק
5	נראה לי כי סעיף 7 מתייחס לכולל נרתיק ולא צמוד לקיר.	ראה תשובה לשאלה 3
6	סעיף 16: מה גודל המיכל?	500 סמ"ק
7	סעיף 27: הדרכת דפיברילטור נמשכת כ-45 דקות. האם אתם רוצים שעתיים?	למרות שלכאורה הדרכה נמשכת כ-45 דקות, אנו מעוניינים בשעתיים משום שיש לכלול גם תרגולים לכל המשתתפים בהדרכה. אין שינוי בסעיף
8	סעיף 29: נא לציין רשימת תכולה.	הסעיף מתייחס לתרמיל על תכולתו כאשר רשימת התכולה מופיעה בסעיפים 58-30 כולל
9	סעיף 35: עוצמה נמדדת במס לדים ולא לוקס... מומלץ 10 לדים.	עוצמת פנס הראש 400 לוקס או שווה ערך
10	סעיף 41: האם אפשרי שווה ערך?	מיכל חמצן רפואי בנפח 3 ליטר, בעל אישורי שימוש מתאימים
11	סעיף 46: יש הבדל גדול בין CAT למקביל, הן באיכות והן במחיר. נא הנחייתכם.	אין שינוי בסעיף
12	סעיף 51: 2 שמיכות או אחת?	סט הכולל שתי שמיכות
13	סעיף 52: מזרק אחד או שניים?	סט הכולל שני מזרקים
14	סעיף 54: ערכה אחת או שתיים?	סט הכולל שתי ערכות
15	סעיף 59: לעניות דעתי ישנה טעות: במידה ורוצים רוכסן אזי זה מבד ולא מפלסטיק.	תיק עשוי בד עמיד אטום ורחיץ
16	סעיף 62: עוצמה נמדדת במס לדים ולא לוקס... מומלץ 10 לדים.	עוצמת פנס הראש 400 לוקס או שווה ערך
17	סעיף 71: הפד הינו בגודל 10 ס"מ X 10 ס"מ. האם הכוונה לפד אחד או שלוש?	סט הכולל שלוש יחידות של פד בגודל 10 ס"מ X 10 ס"מ כ"א
18	סעיף 75: כני"ל	ראה תשובה לשאלה 15
19	סעיף 88: כני"ל	ראה תשובה לשאלה 15

תשובה	שאלה כל השאלות מתייחסות לנספח ג'	מס'
<p>נדרשת עמידה בתקן ברמה של IP56 או IP54 ובלבד שיהיה עמיד לפחות לטבילה במים ("אימרסיה")</p>	<p>פריט 25 – דפיברילטור חצי אוטומטי – בדרישות המוצר נכתב " עמידות בפני אבק ומים IP 56 לפחות " – מעבר לאמור לעיל הדרישה אינה עומדת בקנה אחד עם הצורך והנחיצות של המוצר בהתייחס לתנאים בהם יאוחסן. מצ"ב הסבר של היצרן DEFIBTECH, לקודים המייצגים את רמות ה IP . לתשומת ליבכם כי IP 54 מיועד לעמידה בתנאי מים זורמים ואילו IP 56 מיועד לעמידה בפני זרמי מים בלחץ WATER SPLASH – אין ספק כי הדרישה לתקן גבוה זה מיותרת וחסרת כל היגיון . מצ"ב טבלת השוואה המופיעה באתר ההשוואה דפיברילטור (אתר בלתי תלוי) ובה תוכלו לראות כי אף לא אחד מהמכשירים המוצגים (המכשירים המיובאים לישראל) אינו עומד בדרישה של IP 56 . /https://www.defibrillator.co.il/review אין מדובר בהנחיה של האיגוד האמריקאי להחייאה , FDA או גורמי תקן אחרים. נבקש לשנות את ההגדרה ל IP 54 .</p>	20
<p>המכשיר ואביזריו יהיו בעלי תוקף לשנה אחת לפחות בכל עת. בנוסף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי המכרז, הספק יהיה אחראי על החלפת אביזרים מתכלים על חשבונו על מנת שיהיו בתוקף</p>	<p>נדרשת החלפת מדבקות וסוללות כל 4 שנים – גם דרישה זו הועתקה מאותו מכשיר ויצרן המספק מכשיר בו הסוללות מוצמדות למדבקות. כיום הדרישה של מרבית הגורמים להפריד את המדבקות מהסוללות. חברתנו מציעה מכשיר עם סוללה מוגברת ל-7 שנים !!!! ומדבקות בנפרד בתוקף לשנתיים . אין כל היגיון להחליף סוללות יחד עם המדבקות. נבקש לשנות דרישה זו בהתאם.</p>	21